

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Laboratory Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
Helmholtzstr. 31-35
41747 Viersen, Deutschland

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
Helmholtzstr. 31-35
41747 Viersen, Deutschland

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
Helmholtzstr. 31-35
41747 Viersen, Deutschland

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

i/p: AC 400V L1/L2/L3/PE or L2/L3/PE;
11 or 16 or 19 or 28A max.; 45-65Hz; class I;
o/p: DC 0-40/ 80/ 200/ 360/ 500/ 750/ 1000/ 1500V;
0-20/ 30/ 40/ 60/ 70/ 80/ 90/ 120/ 140/ 170/ 210/ 340/ 510A

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Elektro-Automatik

Model/type Ref.
Ref. de type

PS 9x-y 3U z;
PSI 9x-y 3U z
(x = max. o/p voltage; y = max. o/p current;
z = feature configuration)

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les Information complémentaire (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

The models are identical except model name and combinations
of i/p and o/p voltages and currents.

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 61010-1:2010
for national deviations see test report

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue une partie de ce Certificat

21203203 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg, Germany
Phone + 49 221 806-1371
Fax + 49 221 806-3935
Mail: cert-validity@de.tuv.com
Web: www.tuv.com



Date: 21.04.2016

Signature:

Dipl.-Ing. A. Arndt